



171000110480

# 检验检测报告

## TEST REPORT

No. : (2020)CJ-WT-C1179

产品名称  
Product Name

熔喷布

受检单位  
Inspected Party

委托单位  
Entrusting Party

生产单位  
Manufacturer

检验类别  
Test Kind

委托检验

常州检验检测标准认证研究院

Changzhou Institute of Inspection Testing Standardization and Certification

# 常州检验检测标准认证研究院

Changzhou Institute of Inspection Testing Standardization and Certification

## 检验检测报告

### TEST REPORT

No. : (2020)CJ-WT-C1179

共 2 页 第 1 页


|   |                      |                                |  |                     |            |
|---|----------------------|--------------------------------|--|---------------------|------------|
| 产品名称<br>Product Name                          | 熔喷布                  |                                | 商标<br>Trademark  |                     |            |
| 生产日期/批号<br>Production Date/Batch No.          | —/—                  |                                | 规格型号<br>Model & Type   | —                   |            |
| 受检单位/地址/电话/邮编<br>Inspected Party/Add/Tel/Zip  | —/—/—                |                                |  |                     |            |
| 委托单位/地址/电话/邮编<br>Entrusting Party/Add/Tel/Zip | [Redacted]           |                                |  |                     |            |
| 生产单位/地址/电话/邮编<br>Manufacturer/Add/Tel/Zip     | [Redacted]           |                                |  |                     |            |
| 样品数量<br>Sample Quantity                       | 2米                   | 样品编号<br>Samples list No.       | Y(2020)CJ-WT-C1179   |                     |            |
| 样品状态<br>Sample Description                    | 符合检验要求               | 样品到达日期<br>Samples Arrival Date | 2020-07-14   |                     |            |
| 样品等级<br>Grade                                 | —                    | 检验检测类别<br>Test Kind            | 委托检验   | 检验检测日期<br>Test Date | 2020-07-15 |
| 检验检测与判定依据<br>Test Standard(s)                 | YY 0469-2011《医用外科口罩》 |                                |  |                     |            |
| 检验检测结论<br>Conclusion                          | 检验结果见第2页。            |                                |  <p>(检验检测机构盖章)<br/>Test institution (Sealing)<br/>签发日期 2020年7月15日</p> |                     |            |
| 检验检测地点<br>Address                             | 常州检测院·西湖路            |                                |  |                     |            |
| 备注<br>Note                                    | —                    |                                |  |                     |            |

批准: 章扬


审核: 沈科

主检: 周平华


Approval:



Proofreader:



Major tester:



职务: 授权签字人

post: Authorized signatory

# 检验检测结果

## Test Results

No. : (2020)CJ-WT-C1179

共 2 页 第 2 页

| 序号<br>No.          | 检验检测项目<br>Test Items | 单位<br>Unit | 技术要求<br>Standard Requirements | 检验检测结果<br>Test Results |      | 单项评价<br>Item Evaluate |
|--------------------|----------------------|------------|-------------------------------|------------------------|------|-----------------------|
|                    |                      |            |                               | 试样编号                   | 实测值  |                       |
| 1                  | 颗粒过滤效率, %<br>(非油性颗粒) | —          | —                             | 1#                     | 99.2 | —                     |
|                    |                      |            |                               | 2#                     | 99.5 |                       |
|                    |                      |            |                               | 3#                     | 99.4 |                       |
| 备注 测试流量(30±2)L/min |                      |            |                               |                        |      |                       |

样品图片



以下空白